


AAV BC-0083 测试报告

测试编号: BC-AAV220719T

产品名称:	rAAV-CaMKII α -GCaMP6f	产品编号:	BC-0210
产品批次:	BC210129-0083-9	产品滴度:	2.26×10^{12} vg/mL
测试动物:	C57BL/6	注射剂量:	250 nL/只
测试位点:	初级运动皮层 (M1), AP=-1.54, ML=-1.60, DV=-1.60		
注射日期:	2022.4.1	灌流日期:	2022.4.26
冰切日期:	2022.5.5	成像日期:	2022.5.7

测试结果



结果评估

钙成像病毒 AAV (BC-0083) 在 C57BL/6 小鼠 M1 脑区注射, 待 21d 窗口期后取材观察可见明显的标记结果。在注射位点观察到阳性信号, 表达水平高, 适用于小鼠钙成像实验。

测试:

审核:

批准: