


AAV BC-0015 测试报告

测试编号: BC-AAV230215T

产品名称:	rAAV-EF1 α -DIO-EGFP	产品编号:	BC-0015
产品批次:	BC221118-0015-13	产品滴度:	1.02×10^{13} vg/mL
测试动物:	C57BL/6 小鼠	注射剂量:	200 nL/只 (DIO:Cre=1:1)
测试位点:	初级运动区皮层 (M1), AP=+1.54, ML=+1.60, DV=-1.60		
注射日期:	2023.1.11	灌流日期:	2023.2.1
冰切日期:	2023.2.16	成像日期:	2023.2.21

测试结果



结果评估

AAV13 型绿色荧光蛋白病毒 (BC-0015) 与 Cre 病毒混合注射在 C57BL/6 小鼠 M1 脑区, 待 21d 窗口期后, 取材观察可见注射位点有阳性信号, 表达水平高, 且荧光区域局限。

测试:

审核:

批准: